indusbello
innovación para una vida saludable

Autoclavable hasta 135° C

Línea Odontológica

Favor verificar las Instrucciones de uso

No Estéril

Manténgalo lejo de La luz del sol

Manténgalo Seco

Espátula Plástica

Estándar e Cuchilo

- Producida de resinas termoplásticas y pigmentos
- Diversos colores

ESPÁTULA PLÁSTICA: Producida en resinas termoplásticas, en diversos colores, superficie lisa, indicada para manipulación de materiales. Puede ser utilizada em la odontologia para facilitar la homogeneización de alginato o yeso para confección de modelos de estudio, modagens proteticas e documentación ortodóntica e también, en otras áreas como la estética, veterinaria y laboratorial.

INDICACIÓN: De uso general, las espátulas plásticas son indicadas para la homogeneización de materiales.

INSTRUCCIONES DE USO: Sostenga la espatula firmemente y manipule el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.

DESINFECCIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

ESTERILIZACIÓN: Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

COMPOSICIÓN: Polipropileno.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código	Descripción	Presentación	ANVISA
101564881514	*Espátula Plástica Cuchillo Amarilla*	*1 unidad*	*Dispensado*
101564881515	*Espátula Plástica Cuchillo Azul*	*1 unidad*	
101564881516	*Espátula Plástica Cuchillo Naranja*	*1 unidad*	
101564881517	*Espátula Plástica Cuchillo Lilá*	*1 unidad*	
101564881518	*Espátula Plástica Cuchillo Rosa*	*1 unidad*	
101564881519	*Espátula Plástica Cuchillo Verde*	*1 unidad*	
101564881520	*Espátula Plástica Estándar Amarilla*	*1 unidad*	
101564881521	*Espátula Plástica Estándar Azul*	*1 unidad*	
101564881522	*Espátula Plástica Estándar Naranja*	*1 unidad*	
101564881523	*Espátula Plástica Estándar Lilá*	*1 unidad*	
101564881524	*Espátula Plástica Estándar Rosa*	*1 unidad*	
101564881525	*Espátula Plástica Estándar Verde*	*1 unidad*	

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Indústria Brasileña